


Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)

Akreditasyon Kapsamı

| | | |
|--|---|---|
|  Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0009-K | PAKKENS A.Ş. Kalibrasyon Laboratuvarı | |
| | Akreditasyon No: AB-0009-K Revizyon No: 04 Tarih: 16-Haziran-2009 | |
| | Kalibrasyon Laboratuvarı | |
| | Adresi : Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:20 16159 BURSA / TÜRKİYE | Tel : 0 224 243 16 50 Faks : 0224 243 35 91 E-Posta : kalite@pakkens.com.tr Website : www.pakkens.com.tr |

| Ölçüm Büyüklüğü Kalibre edilen Cihazlar | Ölçüm Aralığı | Ölçüm Şartları | En iyi ölçüm Kapasitesi (Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği k=2) (±) | Açıklamalar |
|---|--------------------------------|----------------|--|--|
| Basınç Relatif Basınç | -0,004MPa ile -0,1MPa arası | Gaz | 3 Pa + 3,7·10 ⁻⁴ Pr | Pr:Uygulanan Relatif Basınç Değeri Euromet/cg-17/v.01, DKD-R 6-1 ve TS/EN 837 dökümanları referans alınarak hazırlanmış kalibrasyon prosedürleri |
| | 0,0015MPa ile 0,1MPa arası | Gaz | 3 Pa + 3,7·10 ⁻⁴ Pr | |
| | 0,02MPa ile 2,5MPa arası | Gaz | 30Pa+3,9·10 ⁻⁴ Pr | |
| | 0,2 MPa ile 7,5 MPa arası | Hidrolik | 100 Pa + 3,9·10 ⁻⁴ Pr | |
| | 1 MPa ile 110 MPa arası | Hidrolik | 750Pa + 3,9·10 ⁻⁴ Pr | |

KAPSAM SONU

Ali BOĞA
Yönetim Kurulu Başkanı

Emre SEZER
Genel Sekreter