


# Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)

## Akreditasyon Kapsamı

 <b>Kalibrasyon</b> <b>TS EN ISO/IEC 17025</b> <b>AB-0027-K</b>	<b>BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.</b> <b>Kalibrasyon Laboratuvarı</b>	
	<b>Akreditasyon No: AB-0027-K</b> <b>Revizyon No: 02 Tarih: 08-Nisan-2008</b>	
	<b>Kalibrasyon Laboratuvarı</b>	
	<b>Adresi :</b> Fevzipaşa Mahallesi Batur Sokak 59501 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE	<b>Tel</b> : 0 282 736 60 00 <b>Faks</b> : 0282 726 53 96 <b>E-Posta</b> : sevcan.yilmaz@bshg.com <b>Website</b> : www.bshg.com.tr

Ölçüm Büyüklüğü Kalibre edilen Cihazlar	Ölçüm Aralığı	Ölçüm Şartları	En iyi ölçüm Kapasitesi (Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği k=2) (±)	Açıklamalar
<b>BOYUT</b>  Kumpas	(Dış Ölçüm) 1000 mm'ye kadar (İç Ölçüm) 150 mm'ye kadar (Derinlik) 300 mm'ye kadar	Bölüntü Değeri 0,01 mm  0,01 mm  0,01 mm	(9 + 12 L)µm, L=[m]  (10 + 16 L)µm, L=[m]  (9 + 10 L)µm, L=[m]	VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 9.1 Dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü
Mikrometre	Dış Çap 200 mm'ye kadar	Bölüntü Değeri 0,001 mm	(3 + 9 L)µm, L=[m]	VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 10.1 Dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü
Mihengir	1000 mm'ye kadar	Bölüntü Değeri 0,001 mm	(9 + 15 L)µm, L=[m]	VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 10 Dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü
Ölçü Saati (Komparatör)	25 mm'ye kadar	Bölüntü Değeri 0,001 mm	4,6 µm	VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 11.1 Dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü

KAPSAM SONU

**Doç. Dr. Yavuz CABBAR**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Emre SEZER**  
Genel Sekreter Vekili