

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)

Akreditasyon Kapsamı

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0029-K	ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim, Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: AB-0029-K Revizyon No: 03 Tarih: 16-Haziran-2009		
	Kalibrasyon Laboratuvarı		
	Adresi : Meşelik Kampüsü 26480 ESKİŞEHİR / TÜRKİYE	Tel : 0 222 239 29 79 Faks : 0 222 239 83 12 E-Posta : yasar@ogu.edu.tr Website : www.ogu.edu.tr	

Ölçüm Büyüklüğü Kalibre edilen Cihazlar	Ölçüm Aralığı	Ölçüm Şartları	En iyi ölçüm Kapasitesi (Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği k=2) (±)	Açıklamalar
SICAKLIK Etüv İnkubatör Küvöz Buzdolabı	20 °C ile 200 °C arası 20 °C ile 80 °C arası 20 °C ile 40 °C arası -20 °C ile 10 °C arası	TS. 8107-Mart 1990, DIN 12880, TS. 5151-187, DIN 58954 CE/IEC 601-2-19- 1990-12 Standardlarına göre hazırlanan talimatlarla hacim içerisinde sıcaklık dağılımı	0.8 °C	Mobil Kalibrasyon Sistemi Kullanılarak yerinde kalibrasyon
BASINÇ Relatif Basınç	0 bar ile 2 bar arası 0 bar ile - 0,7 bar arası	Hava İle Hava İle	3 mbar 8 mbar	TS EN 837, DKD-R-6-1 Dokümanları referans alınarak hazırlanmış kalibrasyon talimatı
TERAZİ Otomatik Olmayan Elektronik Teraziler	500 g' a kadar 5000 g' a kadar 190 kg'a kadar	E2 Sınıfı Kütle İle F1 Sınıfı Kütle İle M1 Sınıfı Kütle İle	2.10 ⁻⁶ 3.10 ⁻⁵ 1.10 ⁻⁴	EURAMET/cg-18/v.01 Rehber Dokümanı referans alınarak hazırlanmış kalibrasyon talimatı.

KAPSAM SONU

Ali BOĞA
Yönetim Kurulu Başkanı

Emre SEZER
Genel Sekreter