


Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)

Akreditasyon Kapsamı

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0029-K	ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim, Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: AB-0029-K Revizyon No: 04 Tarih: 17-Ekim-2010	
	Kalibrasyon Laboratuvarı	
	Adresi : Meşelik Kampüsü 26480 ESKİŞEHİR / TÜRKİYE	Tel : 0 222 239 29 79 Faks : 0 222 239 83 12 E-Posta : yasar@ogu.edu.tr Website : www.ogu.edu.tr

Ölçüm Büyüklüğü Kalibre edilen Cihazlar	Ölçüm Aralığı	Ölçüm Şartları	Kalibrasyon ve Ölçüm Yeteneği (Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği k=2) (±)	Açıklamalar
TERAZİ Otomatik Olmayan Elektronik Teraziler	500 g' a kadar 5000 g' a kadar 190 kg'a kadar	E2 Sınıfı Kütle İle F1 Sınıfı Kütle İle M1 Sınıfı Kütle İle	2.10-6 3.10-5 1.10-4	EURAMET/cg-18/v.02 Rehber Dokümanı referans alınarak hazırlanmış kalibrasyon talimatı.
BASINÇ KL 1.0 ve daha kaba mekanik manometreler	0 bar ile 2 bar arası 0 bar ile - 0,7 bar arası	Hava İle Hava İle	3 mbar 8 mbar	DKD-R-6-1 ve TS EN 837 Standardları referans alınarak hazırlanm kalibrasyon talimatı
SICAKLIK Etüv İnkubatör Küvöz Buzdolabı	20 °C ile 200 °C arası 20 °C ile 80 °C arası 20 °C ile 40 °C arası -40 °C ile 10 °C arası	Mobil Kalibrasyon Sistemi Kullanılarak yerinde kalibrasyon	0.83 °C	DKD-R 5-7 standartına göre hazırlanan talimatlarla ve hacim içerisinde sıcaklık dağılımı

KAPSAM SONU

Ali BOĞA
Yönetim Kurulu Başkanı

Atakan BAŞTÜRK
Genel Sekreter